

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022
COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUÍMICA, AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS

ADENDA 1 - RESPUESTAS A INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA 46 DE 2022

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catálogos, anexos y demás documentos deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde.

Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atendidas.

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	3	Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 3 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
2. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	5	Beacker de 100 mL forma alta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 5 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
3. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	8	Beaker de vidrio de 100 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 8 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
4. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	9	Beaker de vidrio de 1000 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 9 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
5. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	10	Beaker de vidrio de 250 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 10 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
6. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	11	Beaker de vidrio de 400 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 11 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
7. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	12	Beaker de vidrio de 50 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 12 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
8. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	13	Beaker de vidrio de 600 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 13 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
9. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	16	Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 16 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
10. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	30	Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 30 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
11. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	32	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 32 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
12. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	34	Erlenmeyer de vidrio de 50 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 34 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
13. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	35	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 35 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
14. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	38	Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 38 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
15. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	40	Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 40 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
16. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	44	Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 44 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
17. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	45	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 45 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
18. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	46	Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 46 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
19. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	47	Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 47 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
20. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	48	Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 48 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
21. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	53	Pipeta Graduada 5 mL. En VIDRIO	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 53 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.

22. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	54	Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 54 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
23. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	55	Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 55 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
24. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	56	Pipeta volumétrica de 50 ml VIDRIO. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 356del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
25. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	57	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 57 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
26. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	66	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 7 mm diametro X 300 mm largo	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 66 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
27. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	67	Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 67 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
28. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	70	Balón de vidrio de 100 mL fondo redondo, esmerilado 29/32	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 70 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
29. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	72	Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 72 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
30. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	77	Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 77 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
31. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	84	Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 84 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
32. anexo 1	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	96	Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 96 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
33. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	1	Beaker de vidrio de 1000 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
34. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	2	Beaker de vidrio de 600 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
35. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	3	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
36. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	4	Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
37. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	6	Pipetas aforadas de 2 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio ARGLAS, DE-M	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
38. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	8	Pipetas aforadas de 5 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio ARGLAS, DE-M	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
39. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	21	Beacker de vidrio forma baja de 400 ml	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
40. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	28	Matraz aforado de 50 mL. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
41. anexo 2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	29	Matraz aforado de 100 mL. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
42. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	1	Beaker de vidrio de 100 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado
43. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	3	Beaker de vidrio de 600 mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado
44. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	4	Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado
45. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	9	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
46. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	11	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado
47. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	13	Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico.	Se solicita a la entidad aceptar probeta en vidrio sin el anillo de seguridad, y aceptar marca Scharlau	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
48. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	18	Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.

49. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	35	Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico.	Se solicita a la entidad aceptar probeta en vidrio sin el anillo de seguridad, y aceptar marca Scharlau	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
50. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	36	Beaker de vidrio de 600 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
51. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	41	Balón volumétrico 10 ml	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
52. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	47	Papel Indicador de pH 1 - 14 (1.10962.0003)	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
53. anexo 3	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	49	Frasco Tapa Rosca azul de 2 L	Se solicita a la entidad aceptar marca simax, cumpliendo con las especificaciones requeridas	Se acepta la marca. Ver Anexo 3 - Medicina Modificado.
55. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	2	Beacker de 100 mL forma alta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 2 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
56. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	3	Beaker de vidrio de 50 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 3 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
57. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	8	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 8 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
58. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	9	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 9 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
59. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	18	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 18 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
60. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	19	Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 19 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
61. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	20	Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 20 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
62. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	23	Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 23 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
63. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	24	Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 24 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
64. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	25	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta la marca Scharlau para el subitem 25 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
65. anexo 4	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	27	Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico.	Se solicita a la entidad aceptar probeta en vidrio sin el anillo de seguridad	No se acepta, el anillo plastico tiene la funcion de proteger el articulo.
66. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	2	Pipetas Pasteur En Vidrio	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
67. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	4	Probeta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
68. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	6	Varilla De Agitacion	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
69. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	8	Picnometro	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
70. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	11	Perlas De Vidrio	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
71. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	13	Balon Aforado	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
72. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	14	Probeta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
73. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	15	Beaker	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
74. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	18	Vidrio Reloj 100mm	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
75. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	22	Balon Aforado	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
76. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	23	Filtro De Jeringa Nylon	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
77. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	27	Balon Aforado	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
78. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	29	Pipeta Volumetrica	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
79. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	31	Beaker	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
80. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	32	Pipeta Volumetrica	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
81. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	37	Erlenmeyer	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
82. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	45	Perlas De Vidrio	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
83. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	46	Erlenmeyer	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado

84. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	49	Beaker	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
85. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	50	Erlenmeyer	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
86. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	52	Probeta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
87. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	57	Embudo De Vastago Corto	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
88. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	60	Beaker	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
89. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	61	Probeta	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
90. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	62	Pipeta Volumetrica	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
91. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	64	Silica Gel	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
92. anexo 5	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	67	Matraz Kitasato	Se solicita a la entidad aceptar marca Scharlau, cumpliendo con lo exigido.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
1	DISMOL SAS	ITEM 1 SUBITEM 83	Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200-	Se solicita a la entidad evaluar recibir la referencia 4330-0012-17 PUNTAS AMARILLAS 10 - 200uL X 1000 UND MARCA CITOTES. SE ANEXA FICHA TECNICA	No se acepta. El Comité técnico no tiene como evidenciar que esta marca de puntas tienen el ajuste adecuado a las micropipetas y no se caeran durante el proceso, tal como ocurre con otras marcas de puntas.
2	DISMOL SAS	ITEM 1 SUBITEM 82	Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias químicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares	Se solicita a la entidad evaluar recibir la referencia GNITRI-M Guantes de nitrilo TALLA M libres de polvo y con textura en yemas CAJA X 100 MARCA LABG&M. Se anexa ficha tecnica	Se acepta la marca LABG&M REFERENCIA GNITRI-M para el subitem 82 del item 1. Ver Anexo Modificado.
3	DISMOL SAS	ITEM 3 SUBITEM 30	Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200-	Se solicita a la entidad evaluar recibir la referencia 4330-0012-17 PUNTAS AMARILLAS 10 - 200uL X 1000 UND MARCA CITOTEST. SE ANEXA FICHA TECNICA	No se acepta la marca. Los laboratorios requieren puntas compatibles con las micropipetas y la marca no es conocida por los diferentes usuarios.
4	DISMOL SAS	ITEM 3 SUBITEM 29	Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-1000-	Se solicita a la entidad evaluar recibir la referencia PUNTAS AZULES 100 - 1000uL X 500 UND. REF. 4330-0012-02 (CITOTEST). SE ANEXA FICHA TECNICA	No se acepta la marca. Los laboratorios requieren puntas compatibles con las micropipetas y la marca no es conocida por los diferentes usuarios.
5	DISMOL SAS	ITEM 5 FILA 10	Tubos Falcon de 15 ML CITOPLUS	1. Por favor especificar la cantidad de tubos requeridos Se solicita a la entidad evaluar recibir la referencia CTB15 Tubo Cónico 15 ml DNase & RNase free, endotoxin free, and human DNA free, Autoclavable. Graduaciones claras impresas con área de marcado. Tapa con Rosca corta y fina AMARILLA para agilizar y facilitar su manipulación. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos MARCA GENFOLLOWER PAQUETE POR 25 UNIDADES . SE ANEXA FICHA TECNICA	Se acepta la marca, la cantidad de tubos requerido son 200 tubos. Ver Anexo Modificado
1	DOTAGES SAS	1 Sub item 21	Cartuchos para grasas	Solicitamos que por favor permitan incluir cartuchos marca Thomas ref: 1229C31 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Thomas referencia 1229C31 para el subitem 21 de ítem 1. Ver Anexo Modificado.
2	DOTAGES SAS	1 Sub item 22	Celda de cuarzo 1 cm paso de luz	Solicitamos que por favor permitan incluir celdas marca Thomas ref: 8490A09 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Thomas referencia 8490A09 para el subitem 22 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
3	DOTAGES SAS	1 Sub item 23	Celda de vidrio 1 cm paso de luz	Solicitamos que por favor permitan incluir celdas marca Thomas ref: 8490D11(Ver catalogo)	Se acepta la marca Thomas referencia 8490D11 para el subitem 23 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
4	DOTAGES SAS	1 Sub item 29	Crisol gooch de porcelana de 30 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir Crisoles marca United scientific supplies ref: 1201U52 (Ver catalogo)	Se acepta la marca United scientific referencia 1201U52 para el subitem 29 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
5	DOTAGES SAS	1 Sub item 38	Frasco en vidrio claro tapa rosca azul 250 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir Frascos marca Hybex ref: B3000-250-B (Ver catalogo)	Se acepta la marca Hybex referencia B3000-250-B para el subitem 38 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
6	DOTAGES SAS	1 Sub item 39	Frasco lavador plastico 500 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir Frascos marca Heathrow scientific ref: 120245 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: 120245 para el subitem 39 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
7	DOTAGES SAS	1 Sub item 42	Gradilla plastica para 40 tubos de 16x160mm	Solicitamos que por favor permitan incluir Gradillas marca Heathrow scientific ref: HS27513B (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: HS27513B para el subitem 42 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
8	DOTAGES SAS	1 Sub item 58	Pipeteador tipo pera x unidad	Requieren pipeteadores de tres vias ? De ser así, Solicitamos que por favor permitan incluir pipeteadores marca Heathrow Scientific ref: HS20632B (Ver catalogo)	Si se requiere de tres vias. Se acepta la marca Heathrow Scientific ref.: HS20632B para el subitem 58 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.

9	DOTAGES SAS	1 Sub item 65	Tubos plasticos conicos 50 ml esteriles	Solicitamos que por favor permitan incluir Tubos marca Heathrow scientific ref.: HS4427R (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: HS4427R para el subitem 65 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
10	DOTAGES SAS	1 Sub item 85	Pipeteador Brand macro para pipetas	Solicitamos que por favor permitan incluir pipeteador marca Heathrow scientific ref.: 120479 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: 120479 para el subitem 85 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
11	DOTAGES SAS	1 Sub item 94	Gradilla para 20-25 tubos tipo falcon 50 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir gradilla marca Heathrow scientific ref.: HS25515B (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: HS25515B para el subitem 21 del ítem 1. Ver Anexo Modificado.
12	DOTAGES SAS	2 Sub ítem 4	Frasco Winker capacidad 300 ml caja /24	Solicitamos que por favor permitan incluir frascos marca United Scientific ref.: 1208Z59 (Ver catalogo)	Se acepta. Ver Anexo Modificado
13	DOTAGES SAS	2 Sub ítem 5	Gradilla plástica para 40 tubos de 16x160mm	Solicitamos que por favor permitan incluir Gradillas marca Heathrow scientific ref.: HS27513B (Ver catalogo)	Se acepta. Ver Anexo Modificado
14	DOTAGES SAS	3 Sub ítem 6	Frasco Lavador plástico de 500 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir frascos marca Heathrow scientific ref.: 120245 (Ver catalogo)	Se acepta la marca. Ver Anexo Modificado
15	DOTAGES SAS	3 Subitem 12	Pipeteador mecánico 10 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir frascos marca Bal Supplies ref.: 1144B67 (Ver catalogo)	Se acepta la marca. Ver Anexo Modificado
16	DOTAGES SAS	3 Sub ítem 19	Gradilla plástica multi propósito de 4 vías	Solicitamos que por favor permitan incluir gradillas marca Heathrow scientific ref.: HS29022G (Ver catalogo)	Se acepta la marca. Ver Anexo Modificado
17	DOTAGES SAS	4 Subitem 16	Frasco Lavador plástico de 500 ml	Solicitamos que por favor permitan incluir frascos marca Heathrow scientific ref.: 120245 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow scientific ref.: 120245 para el subitem 16 del ítem 4. Ver Anexo Modificado.
18	DOTAGES SAS	4 Subitem 26	Pipeteador tipo pera x unidad	Requieren pipeteadores de tres vías ? De ser así, Solicitamos que por favor permitan incluir pipeteadores marca Heathrow Scientific ref.: HS20632B (Ver catalogo)	Se acepta la marca Heathrow Scientific ref.: HS20632B para el subitem 26 del ítem 4. Ver Anexo Modificado.
19	DOTAGES SAS	4 Subitem 41	Cajas de Petri desechables de 100 x 15 mm caja x 500 unid	Solicitamos que por favor permitan incluir cajas de Petri marca Lab Force (Thomas scientific) ref.: 1188N80 (Ver catalogo)	Se acepta la marca Lab Force (Thomas scientific) ref.: 1188N80 para el subitem 41 del ítem 4. Ver Anexo Modificado.
1	NOR QUIMICOS LTDA	1, 2, 3, 4, 5.		Correspondiente a la parte tecnica en la descripción "Marca" se pueden observar distintas posibilidades que varían de manera significativamente respecto a su valor comercial, es decir referencias de marcas en el mismo subitem con costos significativamente diferentes. ya que la adjudicación depende de la mejor oferta económica, respetando siempre las especificaciones técnicas y calidad del producto, formulamos las siguientes preguntas: ¿El proceso esta abierto a la participación de cualquier marca siempre y cuando cumpla las especificaciones técnicas? ó en consecuencia ¿solo serán validas para el proceso de licitación, las marcas ya definidas en cada subitem?.	Solo serán validas la marcas que están definidas y descritas en cada uno de los subitems de cada anexo y en el anexo modificado si se llega a presentar.
2	NOR QUIMICOS LTDA	1, 2, 3, 4, 5.		Correspondiente a la parte tecnica en la descripción "Marca", se hace referencia a Comercial y Nacional. ¿A que hacen referencia estas dos descripciones?	Cuando en el anexo no especifica la marca requerida, o se indica marca nacional o comercial, quiere decir que se permite la presentación de productos en las diferentes marcas que existen en el mercado siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.
1	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 1. Subitem 21	Cartuchos para grasas. Diámetro interno 25 mm x 80 mm de diámetro externo. Grado N° 84. Caja x 25 Unidades	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Foss, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Tener en cuenta que las medidas corresponden 26 x 60 mm. Ref. 15220018.	Se acepta la marca Foss para el subitem 21 del anexo 1. Tener en cuenta que la presentación no se modifica. Ver Anexo Modificado.
2	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 1. Subitem 24	Cinta indicadora de esterilización x rollo	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca True Indicating, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Ref. CSWN1T.	Se acepta la marca True referencia CSWN1T para el subitem 24 del anexo 1. Ver Anexo Modificado.
10	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 1. Anexo 4.	PORCENTAJE IVA (%)	Por favor corregir la columna de "PORCENTAJE IVA (19%), ya que en algunas casillas no cuentan con valores para seleccionar	Ver Anexos Modificados.
3	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 3. Subitem 29	Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Cleaver, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Tener en cuenta que estas puntas no tienen color azul, son transparentes y vienen en paquete de 500 unidades; por lo que se haría entrega de 2 bolsas de 500 Unidades. Ref. FT1000L.	No se acepta. La marca no es conocida para este tipo de consumibles, no conocemos la compatibilidad que tienen con las micropipetas y racks que cuenta el laboratorio solicitante.

4	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 3. Subitem 30	Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Cleaver, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Tener en cuenta que estas puntas no tienen color azul, son transparentes y vienen en paquete de 500 unidades; por lo que se haría entrega de 2 bolsas de 500 Unidades. Ref. FT200L.	No se acepta. La marca no es conocida para este tipo de consumibles, no conocemos la compatibilidad que tienen con las micropipetas y racks que cuenta el laboratorio solicitante.
5	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 4. Subitem 4	Cinta indicadora de esterilización x rollo	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca True Indicating, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Ref. CSWN1T.	Se acepta la marca True referencia CSWN1T para el subitem 4 del anexo 4. Ver Anexo Modificado.
6	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 4. Subitem 41.	Caja de Petri desechable plástica ESTERIL. 100 mm x 15 mm. Caja x 500 unidades	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Citotest, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Por favor tener en cuenta que las medidas de la caja son de 90 x 15 mm. Ref. 33100901.	Se acepta la marca Citotest referencia 33100901 para el subitem 41 del anexo 4. Ver Anexo Modificado. El diámetro puede ser de 90 o 100 mm
7	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 5. Subitem 42.	Cajas Petri dimension 100x15 mm	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Citotest, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Por favor tener en cuenta que las medidas de la caja son de 90 x 15 mm. Ref. 33100901.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
8	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 5. Subitem 43.	Cajas Petri dimension 60 x15 mm	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Citotest, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Ref. 33100601.	Se acepta. Ver Anexo Modificado
9	Purificación y Análisis de Fluidos	Anexo 5. Anexo 47.	Puntas Para Micropipeta amarillas 2-200 ul con graduacion	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos poder ofertar el producto en la marca Cleaver, el cual cumple técnicamente con lo solicitado. Tener en cuenta que estas puntas no tienen color amarillo, son transparentes. Adicionalmente confirmar la cantidad de puntas por el paquete solicitado. Ref. FT200L.	Se acepta marca y se acepta que sean color transparente, se requieren 200 unidades. Ver Anexo Modificado
ITEM 1					
1	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	5	Beacker de 100 mL forma alta	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
2	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	6	Beacker plástico de 5000 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
3	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	7	Beaker de vidrio de 10 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
4	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	8	Beaker de vidrio de 100 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
5	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	9	Beaker de vidrio de 1000 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
6	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	10	Beaker de vidrio de 250 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
7	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	11	Beaker de vidrio de 400 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
8	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	12	Beaker de vidrio de 50 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
9	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	13	Beaker de vidrio de 600 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
10	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	16	Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.

11	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	17	Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
12	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	31	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
13	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	32	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
14	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	33	Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diámetro	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
15	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	34	Erlenmeyer de vidrio de 50 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
16	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	35	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
17	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	44	Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
18	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	45	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
19	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	46	Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
20	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	47	Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
21	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	48	Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
22	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	53	Pipeta Graduada 5 mL. En VIDRIO	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
23	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	54	Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
24	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	55	Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
25	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	56	Pipeta volumétrica de 50 ml VIDRIO. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
26	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	57	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
27	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	77	Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.

28	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	80	Beaker de vidrio de 5000 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
29	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	89	Pipeta Volumétrica de 2,5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
30	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	90	Pipeta Volumétrica de 8 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
31	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	91	Pipeta Volumétrica de 12 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
ITEM 2					
32	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	1	Beaker de vidrio de 1000 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica o muestras físicas suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
33	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	2	Beaker de vidrio de 600 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
34	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	3	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
35	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	6	Pipetas aforadas de 2 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
36	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	7	Pipetas aforadas de 3 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
37	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	8	Pipetas aforadas de 5 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
38	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	9	Pipetas aforadas de 6 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
39	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	10	Pipetas aforadas de 7 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
40	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	11	Pipetas aforadas de 8 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
41	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	12	Pipetas aforadas de 9 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca

42	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	13	Pipetas aforadas de 100 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio ARGLAS, DE-M	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
43	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	28	Matraz aforado de 50 mL. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
44	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	29	Matraz aforado de 100 mL. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
45	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	30	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministradas por el proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca
ITEM 3					
46	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	1	Beaker de vidrio de 100 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
47	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	2	Beaker de vidrio de 50 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
48	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	3	Beaker de vidrio de 600 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
49	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	4	Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
50	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	9	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL. Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
51	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	11	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
52	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	35	Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
53	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	36	Beaker de vidrio de 600 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
54	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	41	Balón volumétrico 10 ml	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El comité técnico no tiene información técnica suministrada por el Proveedor para evaluar y tomar decisión al respecto de la marca.
ITEM 4					
55	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	2	Beacker de 100 mL forma alta	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
56	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	3	Beaker de vidrio de 50 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
57	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	7	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.

58	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	8	Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
59	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	9	Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
60	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	18	Matraces Aforados en vidrio de 100 mL. Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
61	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	19	Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL. Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
62	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	20	Matraces Aforados en vidrio de 50 mL. Con tapa esmerilada. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
63	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	23	Pipeta Volumétrica de 20 mL. VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
64	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	24	Pipeta Volumétrica de 25 mL. VIDRIO Clase A Un solo aforo.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
65	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	25	Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.
66	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	27	Probeta graduada en vidrio de 100 mL. con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico.	Solicitamos que para este item se tenga en cuenta la marca RAJAS vidrearia de muy buena calidad para ofertar	No se acepta. El Comité técnico no tiene información técnica suministradas por el Proveedor para evaluar y tomar una decisión al respecto de la marca.

PARA TENER EN CUENTA:

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Terminos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente **ADENDA y los ANEXOS MODIFICADOS** publicados con la presente.

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en los Anexos para cada ítem (Modificado o Definitivo)

Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.