

ADENDA 3
 RESPUESTA A INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS - 16 DE 2022
 "COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	DISMOL SAS	2		Por favor permitir marcas alternativas	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
2	DISMOL SAS	2	SUBITEM 1	Por favor aclarar la presentacion del producto 5 unidades o 5 ul	Se requiere en Concentración 5und/µL. Presentación Kit x 500 Und. Ver Anexo Modificado.
3	DISMOL SAS	2	SUBITEM 1	Permitir ofrecer la referencia P0023-GT de la marca CANVAX. Tiene una ventaja trae incluido el buffer de carga. Se anexa ficha tecnica	No se acepta ya que los protocolos estan estandarizados con la marca solicitada, adicionalmente no se cumple con el literal LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
4	DISMOL SAS	2	SUBITEM 2	permitir ofrecer la referencia AN0045 de la marca CANVAX. Tiene una ventaja que trae 100 reacciones y el precio es competitivo	No se acepta oferta ya que los protocolos estan estandarizados con la marca solicitada, adicionalmente no se cumple con el literal LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
5	DISMOL SAS	2	SUBITEM 3	Permitir la presentación de oferta con la referencia 90-9100 de Biologix. Se anexa ficha tecnica	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
6	DISMOL SAS	2	SUBITEM 4	Permitir la presentación por 100 unidades	Se acepta la presentación siempre y cuando se cumpla con la cantidad solicitada y sean tubos pediátricos.
7	DISMOL SAS	2	SUBITEM 6	Permitir la presentación de otras marcas	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
8	DISMOL SAS	4	Todo grupo	Permitir la presentacion de la marca Merck, ya que Supelco fue comprado por ellos.	Se acepta la marca Merck. Ver Anexo Modificado.
9	DISMOL SAS	5	SUBITEM 2	Permitir la presentacion de otras marcas que cumplen con las mismas especificaciones. Se anexa ficha tecnica R1000 Marca Benchmark	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
1	DOTAGES SAS	Item 6 Ciencias ambientales Subitem 1	Gotero de vidrio ambar de 30 ml	Aceptan que se coticen goteros de vidrio ambar de 50 ml? (Ver catalogo anexo)	Los envases pueden ser de 50 mL. Sin embargo, hay que tener presente que la tapa debe tener pipeta de vidrio (Ver foto adjunta). No sirve los del catálogo, ya que tienen dispensador. Tener en cuenta que para este subitem se tiene un presupuesto total IVA Incluido de \$ 29.988. Ver Anexo Modificado
2	DOTAGES SAS	Item 6 Ciencias ambientales Subitem 7	Gotero plastico 2 ml (Pipeta plastica pasteur 3 ml)	Piden caja por 500 unidades, peron en cantidad hablan de 500. Requieren 500 cajas por 500 unidades? Se pueden cotizar de 2 ml o de 3 ml?	Se requiere una sola caja por 500 unidades. El volumen es de 3 mL, tal como se muestra en la parte inferior de la foto del catálogo. Ver Anexo Modificado.
3	DOTAGES SAS	Item 6 Ciencias ambientales Subitem 8	Envase plastico boca ancha con tapa de 100 ml	Les pedimos que permitan que se coticen frascos de boca ancha con tapa de 125 ml (Ver catalogo anexo)	Pueden ser recipientes de 125 mL siempre y cuando esten esteriles y no supere el presupuesto destinado a la compra de este subitem en el proyecto, el cual corresponde a \$ 41.055 presupuesto total IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
4	DOTAGES SAS	Item 7 Proyecto de investigaciones E11 Subitem 3	Cajas petri de 90x15 mm, desechable marca finex	Les pedimos permitan cotizar cajas de petri de similares características, pero marca United Scientific (Ver Catalogo anexo)	Se acepta la marca United Scientific , siempre y cuando esten esteriles y no supere el presupuesto destinado a la compra de este subitem en el proyecto, el cual corresponde a \$ 219.912 presupuesto total IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
5	DOTAGES SAS	Item 7 Proyecto de investigaciones E11 Subitem 5	Analizador portable del grado de miel	Les pedimos que se permitan cotizar el equipo marca VEEGEE modelo MDX-301 (Ver catalogo anexo)	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
6	DOTAGES SAS	Item 5 Proyecto de investigaciones 3592 Subitem 2	Cooler a 4°C 24 posiciones para tubos de 1.5 a 2.0 ml	Les pedimos que permitan cotizar el cooler marca Nalgene referencia 5152L93 (Ver catalogo anexo)	Se acepta la marca y referencia ofertada siempre y cuando no exceda el presupuesto asignado a la compra de ese subitem, el cual corresponde a \$ 558.110 presupuesto total IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
1	ISLA SAS	ÍTEM 2 SUBÍTEM 1	Taq Dna Polimerasa Recombinante. En Concentracion 5und/Å&L. Presentación Kit x 500 UI. Con fecha de caducidad mayor a 1 año. REF: 11615010, MARCA INVITROGEN, 2 UNIDADES	Solicitamos sea aceptada la referencia M0480L OneTaq® DNA Polymerase, Concentration: 5,000 units/ml, Size: 1,000 units, de la marca New England Biolabs. Se entrega una unidad para suplir las dos unidades solicitadas	Se acepta la marca y referencia ofertada siempre y cuando no supere el presupuesto destinado a la compra de este subitem en el proyecto, el cual corresponde a \$ 1.170.960 presupuesto total IVA Incluido. Ver Anexo Modificado.

2	ISLA SAS	ÍTEM 2 SUBÍTEM 2	Kit Para Extracción De Adn Genómico De Sangre Genelute. 70 Pbs. Con fecha de caducidad mayor a 1 año. REF: NAZ0101KT, MARCA SIGMA, 3 UNIDADES	Solicitamos sea aceptado Invisorb® Spin Blood Mini Kit for purification of genomic DNA from up to 200 µl whole blood, buffy coat (max. 30 µl) and bone marrow INVIMA: 2016RD-0003702 250 purifications INVITEK MOLECULAR REF: 1031100300. Se entrega una unidad para suplir las tres unidades solicitadas	No se acepta oferta, ya que los protocolos estan estandarizados con la marca solicitada.
3	ISLA SAS	ÍTEM 3 SUBÍTEM 1	Qiagen Multiplex Pcr Plus Kit (100) - 0 - Qiagen. 2 UNIDADES	Solicitamos sea aceptada la referencia: M02845 Multiplex PCR 5X Master Mix 100 reactions (50 µl) de la marca New England Biolabs	Se solicita el multiplex de PCR que ya está estandarizado, validado y en cumplimiento con requisitos de acreditación ONAC, por lo tanto no se acepta la solicitud.
4	ISLA SAS	ÍTEM 5 SUBÍTEM 4	Micropipeta De 10 A 100ul REF: 705874 MARCA: BRAND, 1 UNIDAD	Solicitamos sea aceptada la referencia 01-2104 MICROPIPETA AUTOMATICA PETTEPLUS VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul, AUTOCLAVABLE UNIDAD - BIOLOGIX	No se acepta debido a que la marca sugerida ya se ha utilizado en otras oportunidades por la Universidad y no cumple con las especificaciones de trabajo necesario
1	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 2. Subitem 1.	Taq Dna Polimerasa Recombinante. En Concentracion Sund/ÅzL. Presentación Kit x 500 Ul. Con fecha de caducidad mayor a 1 año.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia D4545-50UN y marca Sigma Aldrich; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	No se acepta oferta ya que el número de unidades en la presentación ofertada es menor que la requerida.
2	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 2. Subitem 5. Item 7. Subitem 11	Síntesis De Primer Por Base A 50nmol Purificación Mopc. Con fecha de caducidad mayor a 1 año.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia P005DESALT y marca Sigma Aldrich; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	El producto ofertado supera el valor del rubro destinado a este elemento del proyecto, por tanto, no se acepta. El valor total para el ítem 2 subitem 7 es \$ 352.359 Iva Includido y para el ítem 7 subitem 11 es \$ 214.914 Iva Includido.
3	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 4. Subitem 5.	Reactivo Rodio (Iii)	Por favor confirmar presentación de interés, ya que este producto se encuentra en presentacion de 250 mg ó 1 g.	Se requiere presentación de 250 mg. Ver Anexo Modificado.
4	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 4. Subitem 8.	Polystyrene	Por favor confirmar presentación de interés, ya que este producto se encuentra en presentacion de 250 g ó 1 Kg.	Se requiere envase de 1 kg. Ver Anexo Modificado.
5	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 4. Subitem 12.	Tungsten (Vi)	Por favor confirmar presentación de interés, ya que este producto se encuentra en presentacion de 100 g ó 500 g.	Se requiere en envase de 100 g. Ver Anexo Modificado.
6	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 5. Subitem 2.	Cooler 4A°C De 24 Posiciones Para Tubos De 1.5, 0.5 O 2.0 Ml, Verde/Amarillo	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia R1000 y marca Benchmark; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	No se acepta debido a que supera el presupuesto asignado para este subitem. El valor total para este subitem es \$ 558.110 Iva Includido.
7	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 5. Subitem 4.	Micropipeta De 10 A 100ul	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia CV100 y marca Cleaver; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	No se acepta debido a que la marca sugerida ya se ha utilizado en otras oportunidades por la Universidad y no cumple con las especificaciones de trabajo necesario
8	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 7. Subitem 1	Agar Mueller Hinton x 500 g. Con fecha de caducidad mayor a 1 año.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia 1038720500 y marca Merck Millipore; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	No se acepta la oferta, ya que el producto ofertado supera el valor del presupuesto destinado a este subitem del proyecto. El valor total para este subitem es \$ 386.750 Iva Includido.
9	Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S	Item 7. Subitem 9	Agua Peptonada 0.1% Mdm Bolsa x 500 ml. Con fecha de caducidad mayor a 1 año.	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos sea incluida la referencia 1072280500 y marca Merck Millipore; debido a que este producto es un homologo al solicitado.	No se acepta la oferta, ya que el producto ofertado supera el valor del presupuesto destinado a este subitem del proyecto, ademas la presentación del producto no es la requerida. El valor total para este subitem es \$ 12.934 Iva Includido.
1	Scientific Products	ANEXO 6 ítem 11	Prueba desempeño	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
2	Scientific Products	ANEXO 6 ítem 12	Prueba desempeño	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
3	Scientific Products	ANEXO 6 ítem 13	Prueba desempeño	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
4	Scientific Products	ANEXO 6 ítem 14	Prueba desempeño	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
5	Scientific Products	ANEXO 6 ítem 14	Prueba desempeño	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
6	Scientific Products	Anexo 7 Item 1	Agara Muller Hinton	Aceptación Marca Phenova ya conocida en el laboratorio.	No se acepta debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.

7	Scientific Products	Anexo 7 Item 3	Caja petri 90x15mm	Piden 40 Cajas x 500unidades?, aceptan la marca QLS?	Se aclara: se requieren 400Uds. Ver Anexo Modificado. No se acepta la marca debido a que no cumplen el LITERAL Q.- CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: "Las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalúe la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3 donde realiza las preguntas relacionando el número de la pregunta a la que corresponde la ficha o catálogo; en la fecha estipulada en el cronograma para solicitar aclaraciones.
---	---------------------	----------------	--------------------	--	--

PARA TENER EN CUENTA:

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Terminos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente **ADENDA y los ANEXOS MODIFICADOS** publicados con la presente.

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en los Anexos para cada ítem (Modificado o Definitivo)

Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.