

CRITERIOS ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 001 LQA - 2010  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BALANZAS ANALÍTICAS (220 gramos, 210 gramos y 1500 gramos)

EL COMITÉ TÉCNICO HACE LAS SIGUIENTES EVALUACIONES RESPECTO A LOS PROPONENTES EN ESTA LICITACIÓN, EN SU ORDEN ASÍ:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	METROGLOBAL LTDA		GAMATECNICA ING. LTDA		SIGMA		METROLABOR LTDA		SERVIBALANZAS LTDA		VANSOLIX	
		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
1	Persona natural o jurídica acreditada bajo el marco de la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17025:2005	X		X		X		X		X		X	
2	El alcance de la acreditación debe incluir Balanzas de capacidad máxima 1 kg y $d \geq 0.1$ . Clase I.	500 g $d \leq 1$ mg		No reporta		1 Kg $d \leq 1$ mg		400 g $d \geq 1$ mg		600 g $d \geq 0.1$ mg		500 g $d \leq 0.1$ 1 Kg $0.1$ mg < $d \leq 1$ mg	
VALOR DE LA PROPUESTA CALIBRACIÓN + IVA		1.194.000				866.000		1.230.000		950.000		1.836.000	
VALOR DE LA PROPUESTA MANTENIMIENTO + IVA						476.900				360.000		870.000	
VALOR METROLOGO Y TECNICO + IVA						435.000							
VALOR METROLOGO Y TECNICO										430.000			
VALOR DE LA PROPUESTA CALIB. Y MANTO + IVA				1.880.000		2.062.364				1.519.600		3.138.960	
<b>Total</b>		1.385.040		2.180.800		2.062.364		1.426.800		<b>1.949.600</b>		3.138.960	

**OBSERVACIONES:**

- METROGLOBAL NO INCLUYE EL MANTENIMIENTO
- EL ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE METROLABOR NO ES COHERENTE CON EL ALCANCE SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO OFRECE EL MANTENIMIENTO.

**CONCLUSIÓN:** El comité evaluador recomienda la adjudicación del mantenimiento y la calibración de las balanzas a la firma **SERVIBALANZAS LTDA** por presentar la mejor propuesta.

**EL COMITÉ TÉCNICO**

CLARA INES ARANGO SOTELO  
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL

LINA MARIA GARCIA MORENO  
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL

APROBADO

RECTOR  
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA