

**CRITERIOS ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 002 LQA - 2010**  
**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE UN TERMOMETRO ELECTRICO O DIGITAL CON TERMOCUPLA FLUKE TIPO K**  
**Y CALIBRACIÓN DE UN TERMOHIGRÓMETRO**

EL COMITÉ TÉCNICO HACE LAS SIGUIENTES EVALUACIONES RESPECTO A LOS PROPONENTES EN ESTA LICITACIÓN, EN SU ORDEN ASÍ:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	SIGMA		SICOTRONICA E.U		METROLABOR LTDA	
		Cumple		Cumple		Cumple	
		si	no	si	no	si	no
1	Persona natural o jurídica acreditada bajo el marco de la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17025:2005	X		X			X
2	El alcance de la acreditación debe incluir termómetros eléctricos o digitales con Termocupla Fluke tipo K en el rango de -10°C a 1200°C.	X		X			
3	Calibración de termohigrometros Rango en temperatura de 18°C a 30°C y en humedad de 35% a 80%. Nota: No es necesario tener este parámetro dentro del alcance de la acreditación.	X		Temp: Si Humed: No			
VALOR CALIBRACIÓN TERMOMETRO + IVA		438.750					
VALOR CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO + IVA		445.500					
VALOR CALIBRACIÓN [TERMOHIGROMETRO - TERMOMETRO] + IVA				638.000		430.000	
FLETES		0		30.000			
<b>VALOR DE LA PROPUESTA</b>		1.025.730		770.080		498.800	

**OBSERVACIONES:**

1. Sicotrónica no incluye en el objeto de la propuesta la variable de humedad para el termohigrometro.
2. Metrolabor Ltda no se encuentra acreditado, solamente evidencia trazabilidad.

**CONCLUSIÓN:** El comité evaluador recomienda la adjudicación de la calibración del termohigrómetro y del termómetro a la firma SIGMA por presentar la mejor propuesta.

**EL COMITÉ TÉCNICO**

CLARA INES ARANGO SOTELO  
 LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL

LINA MARIA GARCIA MORENO  
 LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL

APROBADO

RECTOR  
 LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA